ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

Nous avons examiné monsr Fabre & moi un memoire de mr Pressavin de Lion sur de nouvelle correction qu'il a faite à l'ambi d'Hippocrate et au catheter ordinaire. selon lui le plus grand deffaut de l'ambi est, de ne point faire de contrextention. pour y remedier il y a fait ajouter une planche échancrée par le haut qui s'enfonce en dedans par le talon de la bascule. mais en supposant que l'effet en fut tel que le dit mr pressavin elle ne feroit point de contrextention n'étant point en etat de contenir l'épaule.

Quand au catheter, mr Pressavin le veut percé à jour et garni au dedans d'une lame appliquée à sa paroi interne, laquelle puisse s'en écarter par l'action du lithotome enfoncé à travers la fente dont le corps du catheter est ouvert. cette disposition rend le catheter très épais et d'une introduction difficile d'ailleurs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 12 d. 34 n°2

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

~~il en naîtroit~~ une dilatation subite et fort étendue au col de la vessie, ce qui ne seroit pas sans inconvénient ; à quoi nous croyons devoir ajouter que dans la figure donnée par Mr Despavin, l'évasure du catheter finit trop loin de son extrémité même et qu'on ne peut se promettre d'entamer le col de la vessie avec un pareil instrument.

En conséquence nous ne pouvons accorder notre approbation au mémoire de Mr Despavin quelqu'envie de bien faire qu'il suppose d'ailleurs.

Ce 9 janv. 1766 Sabatier Fabre